

Gdańsk, 03.04.2024

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/233/2024 $\mu$ -I

Zleceniodawca	HEMPFARM Sp. z o. o. Wiekowice 8, 76-150 Darłowo		
Podstawa wykonania badania nr zlecenia, nr umowy itp.	Przedmiot badań matryca		Stan próbek zgodnie z instrukcją I-01/PO-03
Z/CL/233/2024	Suplement diety - produkt z dodatkiem konopi		Prawidłowy
Miejsce pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data zakończenia badania
Nie dotyczy	Nie dotyczy	19.03.2024	03.04.2024
Miejsce wykonania analizy		Dodatkowe informacje	
Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk		Brak	

### Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	SD-5-24	571/24

### Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczany parametr	Metoda	Wynik***	Jednostka
1.	571/24	Liczba bakterii z grupy coli	PN-ISO 4832:2007	<1	jtk/ml
2.		Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella	PN-ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	nie wykryto	/10 ml
3.		Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-2:2022-03	<1	jtk/ml
4.		Liczba drożdży i pleśni	PN-ISO 7954:1999 (W)	<1	jtk/ml

  
mgr inż. Joanna Klein  
Kierownik ds. Jakości  
ekotechLAB

Sporządził/a: Anna Duraczyńska-Wal  
Młodszy Specjalista Analiz Instrumentalnych

Autoryzował/a: Joanna Klein  
Kierownik ds. Jakości

\*\*\* Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników -jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**KONIEC SPRAWOZDANIA**